

Acta de la Junta Aclaratoria del Proceso de Licitación Pública Número DG-ITJMMPYH-039/18 "Contratación del Servicio de Mantenimiento de Equipo de Laboratorio (Segunda Vuelta)"

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 once horas del día 29 veintinueve de mayo de 2018 dos mil dieciocho, se reunieron en la sala de juntas del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez (ITJMMPyH), sita en calle Rinconada del Agua No. 2811, Colonia Rinconada del Bosque CP 44530 de esta ciudad; por parte de la Unidad Centralizada de Compras del ITJMMPyH los **C.C. Ricardo Ramos Dueñas**, Director de Administración y Finanzas del ITJMMPYH, y **Julio César Jiménez Zermeño**, Comprador del ITJMMPYH; en representación del Titular del Órgano de Control el **C. Emmanuel Tonatiuh Medina Vázquez** en su carácter de Auditor del ITJMMPYH. A efecto de dar trámite a la **primera y única** Junta Aclaratoria del Proceso Número **DG-ITJMMPYH-CC-039/18**, en los términos de los artículos 62, 63 y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 49, 51, 63, 65, 66, 96 de su Reglamento.

El Instituto señala que no se presentaron interesados a esta junta aclaratoria, a continuación el parea requirente da respuesta a las preguntas que se recibieron en tiempo y forma, conforme a lo establecido en la convocatoria:

DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

1. Para las partidas: 2, 3 y 4 en las que solicitan el Mantenimiento Correctivo, solicitamos a la convocante nos aclare, específicamente que debe incluir el mismo. Favor de detallar los puntos.

Respuesta:

Partida 2 Microscopio: Falta de difusor, Problemas de enfoque y Fallas en la lámpara.

Partida 3 Licuadoras: Motor flojo o desprendido, Navajas rotas y Base barrida.

Partida 4 Destilador: Acumulación de sarro en el interior del equipo, sobre todo en la parte del sensor y resistencias.

2. Solicitamos a la convocante sea requisito para todos los participantes que en su giro u objeto social indique que se dedican preponderantemente a Mantenimiento de Equipos de Laboratorio, y pueda ser cotejado en escritura pública con el objetivo de acreditar la capacidad de llevar a cabo los Mantenimientos solicitados.

Respuesta: No se acepta la propuesta del participante.

Previa lectura de la presente y no habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida a las 11:15 (once horas con quince minutos), del día en que dio inicio firmando esta Acta de Junta Aclaratoria para constancia, en todas sus fojas al margen y al calce, los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

Por la Unidad Centralizada de Compras:

C. Ricardo Ramos Dueñas
Director de Administración y Finanzas del ITJMMPYH

C. Julio César Jiménez Zermeño
Comprador del ITJMMPYH

En representación del titular del órgano de control:

C. Emmanuel Tonatiuh Medina Vázquez
Auditor del ITJMMPYH

RED DE CAMPUS EN JALISCO

DIRECCIÓN GENERAL

Rinconada del Agua 2811, Col. Rinconada del Bosque,
C.P. 44550, Guadalajara, Jalisco.
Tel: (33) 38 84 94 70
www.tecmm.edu.mx